



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года № РЗН 2022/17629

На медицинское изделие

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная "Бирюса"
по ТУ 28.25.13-026-07550181-2021

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 29

Производитель

Открытое акционерное общество "Красноярский завод холодильников
"Бирюса" (ОАО "КЗХ "Бирюса"), Россия,
660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", д. 29

Место производства медицинского изделия

ОАО "КЗХ "Бирюса", Россия, 660123, г. Красноярск, пр-кт им. газеты
"Красноярский рабочий", д. 29, стр. 112

Номер регистрационного досье № РД-45454/65794 от 19.11.2021

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 28.25.13.116

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 12 листах

приказом Росздравнадзора от 28 июня 2022 года № 5765
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0066206

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 1

На медицинское изделие

Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная "Бирюса"
по ТУ 28.25.13-026-07550181-2021, варианты исполнения:

1. Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная "Бирюса 315K-GB",
в составе:

- камера 315K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

2. Камера медицинская холодильно-морозильная лабораторная "Бирюса 315K-RB",
в составе:

- камера 315K - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102508

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 2

- упаковка У315 - 1 шт.

3. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 315S-GB",
в составе:

- камера 315S - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

4. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 315S-RB",
в составе:

- камера 315S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

5. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 345K-GB",

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102509

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 3

в составе:

- камера 345K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ345 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

6. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 345K-RB",
в составе:

- камера 345K - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ345 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

7. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 345S-GB",
в составе:

- камера 345S - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102510

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 4

- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ345 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

8. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 345S-RB", в составе:

- камера 345S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ345 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

9. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 365K-GB", в составе:

- камера 365K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0102511

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 5

- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

10. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 365K-RB", в составе:

- камера 365K - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

11. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 365S-GB", в составе:

- камера 365S - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102512

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 6

- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

12. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 365S-RB", в составе:

- камера 365S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 1 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

13. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 370K-GB", в составе:

- камера 370K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102513

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 7

- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

14. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 370К-RB", в составе:

- камера 370К - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

15. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 370S-GB", в составе:

- камера 370S - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102514

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 8

- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

16. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 370S-RB", в составе:

- камера 370S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 2 шт.
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

17. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 375K-GB", в составе:

- камера 375K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102515

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 9

- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

18. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 375K-RB", в составе:

- камера 375K - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

19. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 375S-GB", в составе:

- камера 375S - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102516

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 10

- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

20. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 375S-RB", в составе:

- камера 375S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 4 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

21. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 385K-GB", в составе:

- камера 385K - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102517

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 11

22. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 385K-RB", в составе:

- камера 385K - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 3 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

23. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 385S-GB", в составе:

- камера 385S - 1 шт.;
- полка стеклянная ПС С315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка стеклянная нижняя ПСН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

24. Камеры медицинские холодильно-морозильные лабораторные "Бирюса 385S-RB", в составе:

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0102518

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 июня 2022 года

№ РЗН 2022/17629

Лист 12

- камера 385S - 1 шт.;
- полка-решетка ПР315 - 4 шт. (при необходимости);
- полка-решетка нижняя ПРН315 - 1 шт. (при необходимости);
- дверца Д315 - 5 шт.;
- ящик холодильного отделения ЯХ315 - 2 шт.;
- ящик морозильного отделения ЯМ315 - 3 шт.;
- ящик морозильного отделения нижний ЯМН315 - 1 шт.;
- ручка Р315 - 2 шт.;
- винт - 4 шт.;
- заглушка - 4 шт.;
- ключи от замка - 4 шт.;
- опора регулировочная - 2 шт.;
- вставка дренажная - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;
- упаковка У315 - 1 шт.

≈

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0102519